

关于泗洪县第一人民医院医疗设备计量检测服务采购项目

单一来源论证

一、情况说明

1、项目名称：泗洪县第一人民医院医疗设备计量检测服务采购项目

2、项目内容：泗洪县第一人民医院拟对高端 CT 等医疗设备计量检测服务(详见需求清单)。项目预算 49.8 万元/2 年。

二、拟单一来源采购的理由

1、根据《中华人民共和国计量法》医用设备每年需进行计量检测，特殊情况下，须根据医院需要提供个别设备单独检测；提供检测设备溯源合格有效证明，检测设备参数符合其检定规程或校准规范要求。且计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则，不受行政区划和部门管辖的限制。

2、泗洪县第一人民医院需进行计量检测设备每年约 52 类（约 882 件，具体清单详见附件），项目要求必须具备强制检定证书认证(检定项目获得市级及以上计量行政部门授权；校准项目通过国家实验室认可(CNAS)；检测项目应通过检验检测机构资质认定(CMA)；计量设备与授权一致，投标人须提供有效的资质证明材料)。

3、目前宿迁市计量测试所是宿迁市唯一一家市级法定具备强制检定证书认证(检定项目获得市级及以上计量行政部门授权；校准项目通过国家实验室认可(CNAS)；检测项目通过检验检测机构资质认定(CMA)的法定计量检定机构；检定能力全面，实力雄厚，人员配备充足。

根据《政府采购法》第三十一条，符合下列情形之一的货物或者服务：（一）只能从唯一供应商处采购的，可以依照本法采用单一来源方式采购。

经论证本项目采用单一来源采购方式，唯一供应商为宿迁市计量测试所。

论证专家（签字）：

张振柱

附件：检测清单

序号	品名	数量	备注
1	高端 CT	1	强检设备
2	3.0T 核磁共振	1	
3	血管造影机	1	强检设备
4	双板 DR	2	强检设备
5	平板乳腺机	1	强检设备
6	移动 DR	2	强检设备
7	口腔曲面体层 X 射线机	1	强检设备
8	X 射线计算机体层摄影设备	1	强检设备
9	数字胃肠机	1	强检设备
10	C 臂机	2	强检设备
11	脑电图机	1	强检设备
12	AED	3	
13	心肺复苏仪	2	
14	肠内营养泵	2	
15	注射泵	159	
16	输液泵	32	
17	氧气吸入器	258	
18	心电监护仪	110	强检设备
19	心电图机	20	强检设备
20	水银血压计	70	强检设备
21	电子血压计	30	强检设备
22	婴儿保暖箱	23	
23	无创呼吸机 (CPAP-C)	12	
24	呼吸机 (有创)	18	
25	高流量湿化治疗仪	5	
26	麻醉机	11	
27	彩色超声诊断仪	9	
28	彩色超声监视妇产科手术仪	1	
29	手术显微镜	1	
30	高频电刀	4	
31	心脏除颤仪	13	
32	胎儿监护仪	9	
33	新生儿运输培养箱	1	
34	血透机	28	
35	血滤机	12	
36	CRRT	5	
37	裂隙灯	3	
38	眼科 A/B 超	1	
39	电脑角膜验光仪	5	强检设备

40	非接触眼压计	2	强检设备
41	肺功能仪	1	
42	听力计	1	强检设备
43	动态血压监测仪	3	
44	辐射台	4	
45	电动洗胃机	1	
46	裂隙灯显微镜	2	
47	生物安全柜	2	
48	通风柜	1	
49	冷藏柜	1	
50	显微镜	1	
51	离心机	1	
52	骨密度仪	1	